



## EIA MetroCal - Laboratório de Volume

### Serviços disponibilizados para Micropipetas

	Tipo de Serviço			Verificação Intermédia
	Silver	Gold	Platinum	
Inspeção Visual	P	P	P	P
Ensaio de Estanquidade	P	P	P	P
<b>Manutenção</b>		P	P	
Limpeza Interna e Externa		P	P	
Lubrificação		P	P	
<b>Reparação</b>			P	
Substituição de Peças			P	
<b>Ajuste</b>		P	P	
<b>Calibração</b>	P	P	P	P
Avaliação da Conformidade	P	P	P	P

- 1 - A Calibração é Acreditada de acordo com a Norma ISO 8655-6.
- 2 - A Calibração é feita em 3 Pontos com 10 Repetições por Ponto de acordo com a Norma ISO 8655-6.
- 3 - As Peças substituídas serão debitadas ao Cliente após envio e aprovação de proposta.
- 4 - A Verificação Intermédia não está no âmbito da Acreditação
- 5 - Na Verificação Intermédia a Calibração é feita em 2 Pontos com 5 Repetições por Ponto.